

**Реестр общедомовых приборов учета в многоквартирных домах города Оленегорска**

№ п/п	Адрес	№ корп. дома	Потребитель (исполнитель коммунальных услуг)	Дата перехода в УК	Наименование прибора	Тип прибора	Заводской номер	Дата поверки	Дата следующей поверки	Состояние прибора	Причина недопуска	Дата допуска / недопуска в эксплуатацию	Пригодность для коммерческого учета	Передан / не передан в общедомовое имущество	Установлены за счет	Наименование монтажной организации	Акт приема-передачи документов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Бардина	12	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	156972	23.09.2014	20.12.2015	Введен в эксплуатацию МКУ «УТХ»	1) Неисправен расходомер ПРЭМ на подаче 2) Неисправен расходомер ПРЭМ на обратке 3) Неисправен расходомер ПРЭМ ГВС	21.09.2012	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Теплоучет»	
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7	156972	16.12.2011 (23.09.2014)									
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	157325	20.12.2011 (23.09.2014)									
					Преобразователь расхода на подающем трубопроводе	ПРЭМ Ду 32	349342	12.11.2010 (неисправен)									
					Преобразователь расхода на обратном трубопроводе	ПРЭМ Ду 32	406510	26.09.2011 (неисправен)									
					Комплект термометров сопротивления	КТСП-Н	50024 г, х	24.11.2011 (23.09.2014)									
					Преобразователь расхода по ГВС	ПРЭМ Ду 20	423781	19.01.2012 (неисправен)									
					Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	428255	25.01.12012									
					Термометр сопротивления	ТСП-Н	12534	07.12.2011 (22.09.2014)									
2	Бардина	14	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-
3	Бардина	16	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-
4	Бардина	17	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т 34-8	12-002164	-	26.11.2017	Введен в эксплуатацию ООО «УК "ЖКС" г. Оленегорск»	1. Истёк срок поверки 2. Украдены приборы (пол.тр-д 16.10.14; обр.тр-д 02.09.14)	26.12.2013	НЕИСПРАВЕН	передан в 26.12.2013г.	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 26.12.2013
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-002164	15.05.2013									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ	38896359	21.09.2011									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ	38896354	21.09.2011									
					Комплект термопреобразователей	КТС-Б Рп100	129048 г/х	05.06.2012									
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд	014656	08.04.2013									
					Расходомер счетчик ХВС	ВСХд	470448	01.04.2013									
Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	125687	04.10.2012														
5	Бардина	18	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	
6	Бардина	20	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Логика 8943	22033	-	27.07.2014	Не допущен	1) Неисправен комплект термометров КТППР-01 2) Неисправен термометр сопротивления ГВС		НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	22033	27.07.2010 (20.10.2014)									
					Расходомер	SONO 1500СТ Ду=25	48035798	15.12.2013 (20.10.2014)									
					Расходомер	SONO 1500СТ Ду=25	48035795	15.12.2013 (20.10.2014)									
					Комплект термопреобразователей	КТППР-01	2898 / 2898 А	31.05.2010 (неисправен)									
					Счетчик горячей воды	СКБ И-20	63679-10	14.04.2010									
					Комплект термометров сопротивления	КТСП-Н	35391	01.10.2012 (неисправен)									
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-01-А	1000	21.06.2010 (неисправен)									
					Технический паспорт счётчика воды	Е-Т Qn1.5 SENSUS	1004369041	26.02.2010									

7	Бардина	22	ООО "Виком"	01.09.2018	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-
8	Бардина	24	ООО «УК Гарант Плюс»	01.02.2019	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-
9	Бардина	28	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-
10	Бардина	30	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-
11	Бардина	31	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	Теплосчетчик	Т 34-8	12-002162	-	06.05.2017	Не допущен Введен в эксплуатацию ООО «Наш дом»	1. Истёк срок поверки	01.02.2017	НЕИСПРАВЕН	передан 30.04.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	
					Тепловычислитель	ТВ-7	12-002162	15.05.2013									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500CT Ду=40	38896341	06.05.2013									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500CT Ду=40	38940796	06.05.2013									
					Комплект термопреобразователей	КТС-Б Pt100	1217547	30.09.2016		Введен в эксплуатацию ООО «Наш дом»							
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд	014637	03.04.2013									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	125697	04.10.2012									
					Расходомер счетчик ХВС	ВСХд	13518268	01.04.2013									
12	Бардина	33	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	Теплосчетчик	Т 34-8	12-001036	-	03.04.2017	«Не допущен Введен в эксплуатацию ООО «Наш дом»	1. Закончился срок поверки	31.01.2017	НЕИСПРАВЕН	передан 30.04.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	
					Тепловычислитель	ТВ-7	12-001036	17.05.2013									
					Расходомер на подающем трубопроводе Ду 40	КАРАТ-520-40-Т150-0	05841316	18.04.2016									
					Расходомер на обратном трубопроводе Ду 40	КАРАТ-520-40-Т150-1	05401316	14.04.2016									
					Комплект термопреобразователей	КТС-Б Pt100	136182	03.04.2013									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131188	29.04.2013									
					Расходомер счетчик ГВС	ГД-20	014611	08.04.2013									
					Расходомер счетчик ХВС	ХД-25	13518236	01.04.2013									
13	Бардина	36	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-	
14	Бардина	37	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т 34-8	12-000639	28.06.2021	27.06.2025	Введен в эксплуатацию ООО «Наш город Плюс»	02.07.2021	В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	передан 21.11.2013	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»		
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-000639	28.06.2021									
					Расходомер	SONO 1500 CT Ду=40	45894096	28.06.2021									
					Расходомер	SONO 1500 CT Ду=40	46028765	28.06.2021									
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б	137091	28.06.2021									
					Счетчик горячей воды	ГД-20	14584	28.06.2021									

					Счетчик холодной воды	ХД-25	62666769	10.09.2018										
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131221	28.06.2021										
15	Бардина	38	ООО «УК Гарант Плюс»	01.03.2019	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-	-
16	Бардина	39	ООО «УК Гарант Плюс»	01.02.2019	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-	-
17	Бардина	41	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т 34-8	12-002158	-	28.09.2016	Не допущен Введен в эксплуатацию ООО «Наш город»	1. Истёк срок поверки 2. Неисправен расходомер на подающем трубопроводе	18.11.2014	НЕИСПРАВЕН	передан 21.11.2013	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 29.10.2014	
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-002158	15.05.2013										
					Расходомер	SONO 1500 CT	38896371	06.05.2013										
					Расходомер	SONO 1500 CT	38896360	06.05.2013										
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б	1223985	28.09.2012										
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	125699	04.10.2012										
21.11.2013																		
18	Бардина	42	ООО «УК Гарант Плюс»	01.07.2018	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-	
19	Бардина	44	ООО «УК Гарант Плюс»	01.07.2018	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-	
20	Бардина	45	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т 34-8	12-002148	-	03.07.2021	Введен в эксплуатацию ООО «Наш город»		25.06.2018	НЕИСПРАВЕН	передан 26.12.2013	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	акт без даты	
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-002148	03.07.2017										
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500CT Ду=50	41557032	03.07.2017										
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500CT Ду=50	41531638	03.07.2017										
					Комплект термопреобразователей	КТС-Б Pt100	1223896 (r/x)	03.07.2017										
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд	14613	03.07.2017										
					Расходомер счетчик ХВС	ВСХд-25	13518282	01.04.2013										
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	125698	03.07.2017										
25.06.2018																		
21	Бардина	46	ООО «Наш город Плюс»	01.10.2019	Теплосчетчик	Логика 8943	38744	-	21.06.2015	Не допущен	не работает датчик температуры гас (настройки)	-	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Нившанц»	от 24.01.2014	
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	38744	17.01.2013										
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500 CT Ду=40	39058213	21.06.2011										
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500 CT Ду=40	39103286	21.06.2011										
					Комплект термопреобразователей	КТПТР-05	6702 / 6702_A	01.07.2011										
					Термометр сопротивления	ТПТ-1	1838	01.08.2011										
					Расходомер счетчик ГВС	Т-20	815736	14.09.2011										
					Расходомер счетчик ГВС	ХД-20	467541	09.06.2011										
					Теплосчетчик	Т 34-8	12-001987	-										



28	Ветеранов	5	МУП "ГУК"	01.07.2018	Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ -100 -01	0912	13.10.2009	02.11.2013	Не допущен Введен в эксплуатацию Потребителем	1. Истёк срок поверки	14.12.2009	НЕИСПРАВЕН		Потребитель	ООО «Монтажстрой»	
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ -100 -01	1015	13.10.2009									
					Расходомер ультразвуковой	KARAT-PC-32	86320909	02.11.2009									
					Расходомер ультразвуковой	KARAT-PC-32	86310909	02.11.2009									
29	Ветеранов	6	ООО "Виком"	01.07.2018	Теплосчетчик	ТСК 7	138842	-	28.01.2015	Не допущен Введен в эксплуатацию ООО «Наш город»	1. Истёк срок поверки	06.11.2014	НЕИСПРАВЕН	передан 28.11.2013	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ ЗАО «ИПЦ Промэнергосервис»	акт без даты
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	138842	20.07.2011									
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT 2WR746D-8FCBC-CZ15	66 458 883	01.02.2011									
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRAHEAT 2WR746D-8FCBC-CZ15	66 458 878	01.02.2011									
					Комплект термопреобразователей	КТППР-01	19448 / 19448 А	28.01.2011									
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ Ду-20	86354-11	06.04.2011									
					Термометр сопротивления	ТПТ-1	6264	04.02.2011									
Паспорт на счётчик ХВС, ГВС	VLf - R	10751292	18.08.2011														
30	Ветеранов	8	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-	
31	Ветеранов	14	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании Акта обследования на предмет отсутствия технической возможности, установка ОДПУ не возможна.	-	-	-	-	-	-	-
32	Ветеранов	16	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании Акта обследования на предмет отсутствия технической возможности, установка ОДПУ не возможна.	-	-	-	-	-	-	-
33	Ветеранов	20	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-	-
34	Высокая	9	МУП "ГУК"	01.09.2018	Теплосчетчик	Логика 8941	40824		01.10.2013	Не допущен Введен в эксплуатацию Потребителем	1. Истёк срок поверки	16.12.2009	НЕИСПРАВЕН		Потребитель	ООО «Монтажстрой»	
					Тепловычислитель	СПП 941.1	40824	12.11.2009									
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ -100 -01	0945	13.10.2009									
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ -100 -01	0960	13.10.2009									
					Расходомер ультразвуковой	KARAT-PC-32	81560909	01.10.2009									
Расходомер ультразвуковой	KARAT-PC-32	81590909	01.10.2009														
35	Горняков	2	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Логика 8941	40877		01.10.2013	Не допущен Введен в эксплуатацию Потребителем	1. Истёк срок поверки	16.12.2009	НЕИСПРАВЕН		Потребитель	ООО «Монтажстрой»	
					Тепловычислитель	СПП 941.1	40877	12.11.2009									
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ -100 -01	0765	13.10.2009									
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ -100 -01	0791	13.10.2009									
					Расходомер ультразвуковой	KARAT-PC-32	83350909	02.10.2009									
Расходомер ультразвуковой	KARAT-PC-32	83750909	01.10.2009														
36	Гоняков	3	ООО «Наш город	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	138875	-	01.02.2015	Не допущен Введен в эксплуатацию ООО "Наш город"	1. Истёк срок поверки	30.07.2014	НЕИСПРАВЕН	передан	Администрация	ОАО «Мурманские мультисервисные сети»	акт без даты
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	138875	20.07.2011									
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT 2WR746D	66 458 887	01.02.2011									
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRAHEAT 2WR746D	66 458 888	01.02.2011									



43	Кап. Иванова	5	ООО «УК Гарант Плюс»	01.06.2020	Термометр сопротивления	ТСП-Н	11717	24.11.2011 (неисправен)	10.04.2017	Не допущен Введен в эксплуатацию ООО «Наш город»	1. Истёк срок поверки	28.02.2014	НЕИСПРАВЕН	передан 28.02.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	
					Теплосчетчик	Т 34-8	12-001957	-									
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-001957	22.05.2013									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=65	47429861	23.04.2013									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=65	47627904	26.06.2013									
					Комплект термометробразователей	КТС-Б Pt100	137031 г/к	10.04.2013									
					Расходомер счетчик ГВС	ВСТ-25	13501074	14.03.2013									
					Расходомер счетчик ХВС	ВСХд-40	13516265	09.04.2013									
Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	1311185	29.04.2013														
44	Кап. Иванова	7	ООО "Виком"	01.07.2018	Теплосчетчик	ТСК 7	157236	-	19.12.2015	Не допущен	1. Частичное отсутствие тепловой изоляции на трубах. 2. Не соблюден п.6.9 предоставленных тех. условий на установку ОДПУ. 3. Трубопровод ХВС не окрашен. 4. Термометры сопротивления на подл-де и на ГВС установлены до расходомеров. 5. Неисправность термометров сопротивления КТПТР зав. № 49945.	21.09.2012	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Теплоуэт»	от 24.01.2014
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	157236	19.12.2011									
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-02	156975	16.12.2011									
					Преобразователь расхода на подающем трубопроводе	ПРЭМ Ду 50	405308	05.10.2011									
					Преобразователь расхода на обратном трубопроводе	ПРЭМ Ду 50	406584	04.10.2011									
					Преобразователь расхода на подающем трубопроводе	ПРЭМ Ду 32	407760	03.10.2011									
					Комплект термометров сопротивления	КТСП-Н	49945г,х	24.11.2011									
					Преобразователь расхода на обратном трубопроводе	ПРЭМ Ду 20	423789	25.01.2012									
Термометр сопротивления	ТСП-Н	11713	24.11.2011														
45	Кап. Иванова	9	ООО "Виком"	01.07.2018	Теплосчетчик	Т 34-8	12-000865		23.04.2021	Введен в эксплуатацию ООО «ВИКОМ»	1. Истёк срок поверки	07.08.2014	НЕИСПРАВЕН	передан 07.08.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 24.01.2014
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-000865	24.04.2017									
					Расходомер на подающем трубопроводе	КАРАТ-520-50-Т150-0	17134915	25.04.2017									
					Расходомер на обратном трубопроводе	КАРАТ-520-50-Т150-1	12404415	25.04.2017									
					Комплект термометробразователей	КТС-Б Pt100	137043	24.04.2017									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131241	24.04.2017									
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд-20	59855490	28.06.2017									
					Расходомер счетчик ХВС	ХД-32	13530736	12.04.2013									
46	Кирова	6	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	Теплосчетчик	Т 34-8	12-002161		14.05.2017	Введен в эксплуатацию ООО «Наш дом»	1. Истёк срок поверки	30.04.2014	НЕИСПРАВЕН	передан 30.04.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 24.01.2014
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-002161	15.05.2013									
					Расходомер	SONO 1500 СТ	46112456	14.05.2013									
					Расходомер	SONO 1500 СТ	46009164	14.05.2013									
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б Pt100	7531	27.09.2016									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	125688	04.10.2012									
					Счетчик горячей воды	ГД-20	014539	01.04.2013									
					Счетчик холодной воды	ХД-25	13518258	01.04.2013									
47	Кирова	12	МУП "ГУК"	01.07.2018	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании Акта обследования на предмет отсутствия технической возможности, установка ОДПУ не возможна.	-	-	-	-	-	-	
48	Кирова	16	МУП "ГУК"	01.07.2018	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании Акта обследования на предмет отсутствия технической возможности, установка ОДПУ не возможна.	-	-	-	-	-	-	-
					Теплосчетчик	ТСК 7	138831			Не допущен Введен в эксплуатацию ООО «Наш		30.07.2014	НЕИСПРАВЕН				ОАО «Мурманские мультисервисные
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	138831	20.07.2011									
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT	66 488 778	25.02.2011									
									Введен в	1. Счетчик крыльчатый ГВС							





56	Космонавтов	6/2	ООО "Виком"	01.07.2018	Тепловчислитель	СПТ 943.1	38675	17.01.2013	17.01.2017	Не допущен	1. Истёк срок поверки	-	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Нипеншанц»	
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=50	39067820	11.09.2013									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=50	39067788	11.09.2013									
					Комплект терморегуляторов	КТПТР-05	17105/17105А	20.06.2011									
					Термометр сопротивления	ТПТ-1	1857	01.08.2011									
					Счетчик крыльчатый горячей воды	СКБ	8232.00.00.00 ПС										
					Теплосчетчик	Т - 34	12-000669	26.04.2017									25.04.2021
Тепловчислитель	ТВ-7	12-000669	26.08.2013														
Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=65	46227124	26.04.2017														
Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=65	46112451	26.04.2017														
Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131230	27.04.2017														
Комплект термометров сопротивления	КТС-Б	137085	27.04.2017														
счётчик ГВС	ГД-20	61060683	23.11.2017														
счётчик ХВС	ХД-32	13530577	28.05.2013														
58	Космонавтов	10	ООО "Виком"	01.07.2018	Теплосчетчик	Логика 8943	21437	17.09.2014	17.09.2018	Не допущен Введен в эксплуатацию ООО «Наш дом»	Закончился срок поверки	01.06.2015	НЕИСПРАВЕН	передан 01.06.2015	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	акт без даты
					Тепловчислитель	СПТ 943.1	21437	17.09.2014									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38876189	17.09.2014									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38876181	17.09.2014									
					Комплект терморегуляторов	КТПТР-01	12364 / 12364А	17.09.2014									
					Счетчик горячей воды	Т-20	141053	09.12.2013									
					Счетчик холодной воды	СКБ И-32 ХВС	68989	22.06.2010									
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-01-А	0676	17.09.2014									
59	Космонавтов	12	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	Теплосчетчик	ТСК 7	138866	-	20.07.2015	Не допущен Введен в эксплуатацию МКУ «УГХ»	1. Истёк срок поверки 2. Украдены расходомеры	09.11.2012	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7	138866	20.07.2011									
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT dn 50	66 488 809	25.02.2011									
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRAHEAT dn 50	66 488 812	25.02.2011									
					Комплект терморегуляторов	КТПТР-01	37059 / 37059 А	30.11.2010									
					Расходомер счетчик ГВС	Т-25	14504965	05.12.2013									
					Расходомер счетчик ХВС	СКБ И-25 ХВС	94385-11	09.08.2011									
					Термометр сопротивления	ТПТ-1	22	04.02.2011									
60	Космонавтов	14	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	138833	-	20.07.2015	Не допущен Введен в эксплуатацию МКУ «УГХ»	1. Истёк срок поверки	09.11.2012	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7	138833	20.07.2011									
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT dn 50	66 568 169	17.06.2011									
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRAHEAT dn 50	66 568 154	17.06.2011									
					Комплект терморегуляторов	КТПТР-01	37119 / 37119 А	30.11.2010									
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-25	89485-11	12.05.2011									
					Расходомер счетчик ХВС	СКБ И-32	85922 - 11	22.03.2011									
					Термометр сопротивления	ТПТ-1	6267	04.02.2011									
61	Починковский	4 с 1	ТСЖ «Космос»	01.12.2019	Теплосчетчик	Логика 8943	44183	22.09.2017	22.09.2021	Введен в эксплуатацию	-	01.12.2017	использован		Потребитель	ООО	
					Тепловчислитель	СПТ 943.1	44183	22.09.2017									
					Расходомер на подающем трубопроводе	Караг РС	77430909	22.09.2017									

	Ленинградский	7/1	ТСЖ «Комфорт»	01.07.2018	Расходомер на обратном трубопроводе	Карат РС	77910909	22.09.2017	22.09.2021	Введен в эксплуатацию Потребителем	01.12.2017	неисправен	Потребитель	«Монтажстрой»			
					Термометр сопротивления	КТПТР-05	7383	09.11.2017									
					Термометр сопротивления	КТПТР-05	7383А	09.11.2017									
61	Ленинградский	4 к.2 и к.3	ТСЖ «Комфорт»	01.07.2018	Теплосчетчик	Логика 8943	44237	22.09.2017	22.09.2021	Введен в эксплуатацию Потребителем	01.12.2017	неисправен	Потребитель	ООО «Монтажстрой»			
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	44237	22.09.2017									
					Для корпуса 2												
					Расходомер на подающем трубопроводе	Карат РС	79610909	22.09.2017									
					Расходомер на обратном трубопроводе	Карат РС	79700909	22.09.2017									
					Термометр сопротивления	КТПТР - 05	7352	09.11.2017									
					Термометр сопротивления	КТПТР - 05	7352А	09.11.2017									
					Для корпуса 3												
					Расходомер на подающем трубопроводе	Карат РС	80870909	22.09.2017									
					Расходомер на обратном трубопроводе	Карат РС	80100909	22.09.2017									
					Термометр сопротивления	КТПТР-05	6955	09.11.2017									
					Термометр сопротивления	КТПТР-05	6955А	09.11.2017									
62.1	Ленинградский	7/1	ООО "Виком"	01.07.2018	Теплосчетчик	Логика 8943	22045		23.07.2014	Не допущен Введен в эксплуатацию ООО «ВИКОМ»	1. Вышел из строя расходомер ГВС на 2 корпусе 2. Истек срок поверки	01.11.2013	НЕИСПРАВЕН	передан 24.09.2012	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	22045	27.07.2010									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=50	38083178	23.07.2010									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=50	38083184	23.07.2010									
					Комплект термопреобразователей	КТПТР-01	18299 / 18299 А	04.08.2010									
62.2	Ленинградский	7/2	ООО "Виком"	01.07.2018	Теплосчетчик	Логика 8943	21672		14.04.2014	Не допущен	1. Истёк срок поверки	28.11.2013	НЕИСПРАВЕН	передан 24.09.2012	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	акт без даты
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	21672	20.07.2010									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=50	38083180	23.07.2010									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=50	38083181	23.07.2010									
					Комплект термопреобразователей	КТПТР-01	18269 / 18269 А	04.08.2010									
					Счетчик горячей воды	СКБ И-20	63974-10	14.04.2010									
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-01-А	931	21.06.2010									
62.3	Ленинградский	7/3	ООО "Виком"	01.07.2018	Теплосчетчик	Логика 8943	21464		14.04.2014	Не допущен Введен в эксплуатацию ООО «ВИКОМ»	1. Вышел из строя расходомер ГВС на 2 корпусе 2. Истек срок поверки	01.11.2013	НЕИСПРАВЕН	передан 24.09.2012	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	акт без даты
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	21464	16.07.2010									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=50	38871036	25.07.2010									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=50	38864278	25.07.2010									
					Комплект термопреобразователей	КТПТР-01	12366 / 12366 А	12.07.2010									
					Счетчик горячей воды	СКБ И-20	63975-10	14.04.2010									
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-01-А	894	25.08.2010									
63	Ленинградский	9	ООО "Виком"	01.12.2018	Теплосчетчик	Логика 8943	30259	16.04.2016	23.12.2019	Введен в эксплуатацию ООО «УК Южная 3»	1. Истёк срок поверки	03.06.2016	НЕИСПРАВЕН	Потребитель			
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	30259	16.04.2016									
					Расходомер на подающем трубопроводе	ВЗЛЕТ ЭРСВ-470Л Ду=40мм	1365294	28.03.2016									
					Расходомер на обратном трубопроводе	ВЗЛЕТ ЭРСВ-470Л Ду=40мм	1363375	28.03.2016									
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б Рч100	36416	23.12.2015									
					Преобразователь давления	Коммуналед СДВ-И-2.50-1.60-1.00-М(1.60)-4-20мА-DA422-0605-3	178298 178297	14.03.2016									

					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р Pt100	1069	22.03.2016		Введен в эксплуатацию ООО «УК Южная 3»		26.12.2012							
					Счетчик горячей воды	ВСТ-32	15375741	12.01.2016											
64	Ленинградский	11	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	Теплосчетчик	Логика 8943	30259	18.11.2011	18.11.2015	Не допущен Введен в эксплуатацию ООО «Наш дом»	1. Истёк срок поверки	12.09.2014	НЕИСПРАВЕН	Потребитель	ООО «Монтажстрой»				
				Тепловычислитель	СПП 943.1	30259	18.11.2011												
				Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 2500СТ	895704Y276	23.11.2011												
				Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 2500СТ	895904Y276	23.11.2011												
				Комплект термометров сопротивления	КТПР-05	2943 / 2943 А	23.11.2011												
65	Мира	1	МУП "ГУК"	01.09.2018	Теплосчетчик	Логика 8941	40719		02.10.2013	Не допущен Введен в эксплуатацию Потребителем	1. Истёк срок поверки	15.12.2009	НЕИСПРАВЕН	Потребитель	ООО «Монтажстрой»				
				Тепловычислитель	СПП 941.1	40719	11.11.2009												
				Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ -100 -01	904	13.10.2009												
				Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ -100 -01	980	13.10.2009												
				Расходомер	SONO 1500СТ	46172970	28.07.2013												
				Расходомер	SONO 1500СТ	47466062	28.07.2013												
66	Мира	2/1	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Мира	2/2	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т-34	12-000606	04.05.2017	03.05.2021	Введен в эксплуатацию ООО «Наш город Плюс»	1. Истёк срок поверки	22.05.2017	НЕИСПРАВЕН	передан 30.07.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 30.07.2014		
				Тепловычислитель	ТВ-7	12-000606	04.05.2017												
				Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=65	46057048	04.05.2017												
				Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=65	46169724	04.05.2017												
				Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131244	03.05.2017												
				Комплект термометров сопротивления	КТС-Б	1230063/ 1230063А	03.05.2017												
				счётчик ГВС	ГД-20	014654	02.05.2017												
				счётчик ХВС	ХД-32	13532054													
				Тепловычислитель	СПП 943.1	21778	12.10.2011 (03.10.2014)	04.08.2014	Не допущен Введен в эксплуатацию МКУ «УГХ»	1) Неисправен комплект термометров сопротивления 2) Отсутствует паспорт на термометр сопротивления ГВС 3) Истек срок поверки	25.09.2012	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»					
				Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=32	38108068	28.09.2010 (03.10.2014)												
				Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=32	38964031	30.10.2010 (03.10.2014)												
				Термометр сопротивления	ТЭМ-100-01-А														
				Комплект термопреобразователей	КТПР-01	18298 / 18298 А	04.09.2010 (ненеисправен)												
69	Мира	5	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании Акта обследования на предмет отсутствия технической возможности, установка ОДПУ не возможна.	-	-	-	-	-	-	-	
70	Мира	7	МУП "ГУК"	01.02.2019	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании Акта обследования на предмет отсутствия технической возможности, установка ОДПУ не возможна.	-	-	-	-	-	-	-	
71	Мира	8	МУП "ГУК"	01.07.2018	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-	-	

72	Мира	9	МУП "ГУК"	01.02.2019	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании Акта обследования на предмет отсутствия технической возможности, установка ОДПУ не возможна.	-	-	-	-	-	-
73	Мира	10	МУП "ГУК"	01.07.2018	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-
74	Мира	11	МУП "ГУК"	01.07.2018	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании Акта обследования на предмет отсутствия технической возможности, установка ОДПУ не возможна.	-	-	-	-	-	-
75	Мира	12	МУП "ГУК"	01.07.2018	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-
76	Мира	13	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании Акта обследования на предмет отсутствия технической возможности, установка ОДПУ не возможна.	-	-	-	-	-	-
77	Мира	15	ООО «УК Гарант Плюс»	01.02.2019	Теплосчетчик	Логика 8941	39971	-	06.10.2013	Введен в эксплуатацию Потребителем	1. Истёк срок поверки	-	НЕИСПРАВЕН	Потребитель	ООО «Монтажстрой»		
					Тепловычислитель	СПП 941.10	39971	06.10.2009									
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ-100-01	0982	13.10.2009									
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ-100-01	0975	13.10.2009									
					Расходомер ультразвуковой	КАРАТ-РС-32	87811009	08.10.2009									
					Расходомер ультразвуковой	КАРАТ-РС-32	87881009	08.10.2009									
78	Мира	17	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании Акта обследования на предмет отсутствия технической возможности, установка ОДПУ не возможна.	-	-	-	-	-	-	
79	Мира	19	ООО «УК Гарант Плюс»	01.10.2019	Теплосчетчик	Логика 8943	22091	-	14.04.2014	Не допущен	1) Неисправен комплект термометров КТПТР-01 2) Неисправен термометр сопротивления ГВС 3) Неисправен расходомер 4) Истек срок поверки	25.09.2012	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»		
					Тепловычислитель	СПП 943.1	22091	26.07.2010 (14.10.2014)									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=25	37658428	23.07.2010 (14.10.2014)									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=25	37658425	23.07.2010 (неисправен)									
					Комплект термометров сопротивления	КТПТР-01	2890 / 2890 А	31.05.2010 (неисправен)									
					Счетчик горячей воды	T-20	141372	09.12.2013									
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-01-А	1017	21.06.2010 (неисправен)									
					Счетчик горячей воды	Е-Т Qn1,5	1004369633	26.02.2010									
80	Мира	20	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании Акта обследования на предмет отсутствия технической возможности, установка ОДПУ не возможна.	-	-	-	-	-	-	
81	Мира	21	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании Акта обследования на предмет отсутствия технической возможности, установка ОДПУ не возможна.	-	-	-	-	-	-	
82	Мира	24	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	Теплосчетчик	Логика 8941	40867	12.11.2009	08.10.2013	Введен в эксплуатацию Потребителем	1. Истёк срок поверки	11.12.2009	НЕИСПРАВЕН	Потребитель	ООО «Монтажстрой»		
					Тепловычислитель	СПП 941.10	40867	12.11.2009									
					Расходомер ультразвуковой	КАРАТ-РС-32	87981009	08.10.2009									
					Расходомер ультразвуковой	КАРАТ-РС-32	88061009	08.10.2009									
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ-100-01	0733	13.10.2009									



93	Мира	37	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т 34	12-002172	-	14.04.2020	Не допущен Введен в эксплуатацию	1. Закончился срок поверки	26.03.2018	НЕИСПРАВЕН		МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»			
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-002172	13.10.2016											
					Расходомер	KAPAT-520-40-T150-0	5281316	14.04.2016											
					Расходомер	KAPAT-520-40-T150-0	5341316	14.04.2016											
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б	136183	12.10.2016											
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131205	03.10.2016											
					Счетчик горячей воды	ВСТд-20	56743358	14.03.2016											
					Счетчик холодной воды	ХД-25	13518257	01.04.2013											
94	Мира	40	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т 34	12-000657	18.01.2021	17.01.2025	Введен в эксплуатацию ООО «Наш город Плюс»	1. Закончился срок поверки	26.03.2018	НЕИСПРАВЕН	передан 30.07.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»			
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-000657	18.01.2021											
					Расходомер	SONO 1500 CT Ду=40	46028753	18.01.2021											
					Расходомер	SONO 1500 CT Ду=40	45894095	18.01.2021											
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б	1229957	18.01.2021		Не допущен Введен в эксплуатацию ООО «Наш город»								В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	02.07.2021
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131198	18.01.2021											02.07.2021
					Счетчик горячей воды	ВСТд-20	014665	18.01.2021											21.03.2017
					Счетчик холодной воды	ХД-25	13566163	23.05.2013											30.07.2014
95	Мира	44	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-							
96	Мира	46	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т 34	12-000653	01.09.2015	01.09.2019	Не допущен Введен в эксплуатацию ООО "Наш город"	1. Закончился срок поверки	26.03.2018	НЕИСПРАВЕН	передан 29.03.2015	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»			
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-000653	03.07.2017											
					Расходомер	Карат-520 Ду=40 мм	04282515	01.09.2015											
					Расходомер	Карат-520 Ду=40 мм	06933515	01.09.2015											
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б	1348252	03.07.2017		Введен в эксплуатацию ООО "Наш город"								29.03.2015	
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131192	03.07.2017											
					Счетчик горячей воды	ГД-20	141357	08.04.2013											
					Счетчик холодной воды	ХД-25	13518264	01.04.2013											
97	Молодежный	3	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Логика 8943	38667	-	15.08.2015	Не допущен	1. Не соответствует проекту Истёк срок поверки Неисправен комплект термометров сопротивления	2. нет акта недопуска	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Ниешпанц»			
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	38667	17.01.2013											
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500CT Ду=50	41566582	15.08.2011											
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500CT Ду=50	41531500	15.08.2011											
					Комплект термопреобразователей	КТПТР-01	7399/7399А	04.08.2011											
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-40	95037-11	26.08.2011											
					Термометр сопротивления	ТПТ-1	1839	.08.2011											
					счётчик ХВС	ХД-32	11527935	14.09.2011											
98	Молодежный	5	ООО «УК Южная-3»	01.02.2013	Теплосчетчик	Логика 8943	38714	20.10.2020	19.10.2024	Введен в эксплуатацию ООО «УК Южная-3»	1. Закончился срок поверки	30.03.2016	В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	передан 01.11.2013	Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Ниешпанц»	от 17.12.2013		
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	38714	20.10.2020											
					Расходомер	SONO 1500CT	41566577	20.10.2020											
					Расходомер	SONO 1500CT	41566558	20.10.2020		Введен в									
					Комплект термометров сопротивления	КТПТР-03	7390 / 7390 А	20.10.2020											

					Счетчик крыльчатый	ВСТ-25	11532958	20.10.2020		эксплуатацию ООО «УК Южная 3»		01.11.2013							
					Термометр сопротивления	ТТТ-1-3	571	20.10.2020											
99	Молодежный	7	ООО "Виком"	01.05.2018	Теплосчетчик	ТСК 7	157019	-	19.12.2015	Не допущен Введен в эксплуатацию МКУ «УТХ»	1. Истёк срок поверки	21.09.2012	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Теплоучет»			
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	157019	19.12.2011											
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-02	157288	19.12.2011											
					Преобразователь расхода на подающем трубопроводе	ПРЭМ Ду 40	397806	23.08.2011											
					Преобразователь расхода на обратном трубопроводе	ПРЭМ Ду 40	396043	19.08.2011											
					Преобразователь расхода на подающем трубопроводе	ПРЭМ Ду 32	427175	17.01.2012											
					Комплект термометров сопротивления	КТСП-Н	49949 г, х	24.11.2011											
100	Молодежный	9	МУП "ГУК"	01.07.2018	Теплосчетчик	ТСК 7	156792	-	19.12.2015	Не допущен Введен в эксплуатацию МКУ «УТХ»	1) Неисправен расходомер ПРЭМ на подаче 2) Неисправен расходомер ПРЭМ на обратке 3) Неисправен расходомер ПРЭМ ГВС	21.09.2012	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Теплоучет»			
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	156987	16.12.2011 (22.09.2014)											
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	156792	16.12.2011 (22.09.2014)											
					Преобразователь расхода на подающем трубопроводе	ПРЭМ Ду 50	397546	22.08.2011 (неисправен)											
					Преобразователь расхода на обратном трубопроводе	ПРЭМ Ду 50	268085	12.01.2010 (неисправен)											
					Преобразователь расхода на обратном трубопроводе	ПРЭМ Ду 32	353162	25.11.2010 (неисправен)											
					Комплект термометров сопротивления	КТСП-Н	50874	24.11.2011 (22.09.2014)											
					Преобразователь расхода на ГВС	ПРЭМ Ду 20	427086	25.01.2012 (неисправен)											
					Термометр сопротивления	ТСП-Н	12646	13.12.2011 (22.09.2014)											
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-002170	24.04.2017											
					Расходомер по под. тр-ду	SONO 1500 СТ Ду=50	50005545	25.04.2017											
					Расходомер по обр. тр-ду	SONO 1500 СТ Ду=50	46009179	25.04.2017											
					Комплект термопреобразователей	КТС-Б	7487/7487А	24.04.2017											
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	125694	04.10.2012											
					Счетчик горячей воды	ВСТД-20	014664	08.04.2013											
					Счетчик холодной воды	ВСХД-25	13518300	01.04.2013											
102	Молодежный	19	ООО "Виком"	01.07.2018	Теплосчетчик	Т 34-8	12-002150	26.04.2017	26.04.2021		1. Закончился срок поверки	07.11.2017	НЕИСПРАВЕН	передан 31.12.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»			
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-002150	26.04.2017											
					Расходомер электромагнитный Ду-65 мм на подающем тр-де	ПРЭМ	654570	03.05.2017											
					Расходомер электромагнитный Ду-65 мм на обратном тр-де	ПРЭМ	654576	27.04.2017											
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б	136195/ 136195А	27.04.2017											
					Счетчик горячей воды	ВСТ-25	13505230	05.05.2017											
					Термометр сопротивления	ТСБ-Р	125689	27.04.2017											
					Счетчик холодной воды	ВСХНд-50	11650757	07.11.2011											
103	Мурманская	1	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т 34-8	12-002165	28.06.2021	27.06.2025	Введен в эксплуатацию ООО «Наш город Плюс»		02.07.2021	В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	передан 26.10.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 24.01.2014		
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-002165	28.06.2021											
					Расходомер на подающем тр-де Ду-50мм	SONO 1500СТ	46009149	28.06.2021											
					Расходомер на обратном тр-де Ду-50мм	SONO 1500СТ	41557028	28.06.2021											
					Комплект термопреобразователей	КТС-Б	137032	28.06.2021											





110	Парковая	3	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	138876	20.07.2011	20.07.2015	Не допущен	1. Не работает расходомер на прямом трубопроводе 2. 3. Неправильный монтаж, некорректная база настроечных параметров и т.д.	02.12.2013	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	акт без даты								
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	138876	20.07.2011				09.11.2012												
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT 2WR765D Dy-50	66 488 811	25.02.2011				19.03.2012												
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRAHEAT 2WR765D Dy-50	66 488 814	25.02.2011																
					Комплект термопреобразователей	КТППР-01	19422 / 19422 А	28.01.2011																
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-32	87398-11	22.04.2011																
Термометр сопротивления	ТПП-1	6259	04.02.2011																					
111	Парковая	4	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
112	Парковая	5	ООО "Виком"	01.07.2018	Теплосчетчик	Т 34-8	12-002147	08.08.2018	02.02.2022	Введен в эксплуатацию ООО «Наш дом»	1. Истёк срок проверки	30.04.2014	НЕИСПРАВЕН	передан 30.04.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергобытовая компания»	от 24.01.2014							
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-002147	08.08.2018				01.02.2017												
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500CT Dy=40	41557024	03.08.2018																
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500CT Dy=40	41531654	03.08.2018																
					Комплект термопреобразователей	КТС-Б Pt100	7550	07.08.2018																
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГ д	14576	03.08.2018																
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	125700	04.10.2012																
					Расходомер счетчик ХВС	ВСХд	13518251	01.04.2013																
113	Парковая	6	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Логика 8941	39972	06.10.2009	02.10.2013	Введен в эксплуатацию Потребителем	1. Истёк срок проверки	27.05.2010	НЕИСПРАВЕН		Потребитель	?								
					Тепловычислитель	СПТ 941.10	39972	06.10.2009				08.12.2009												
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ-100-01	0943	13.10.2009																
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ-100-01	0795	13.10.2009																
					Расходомер ультразвуковой	КАРАТ-РС-32	85880909	02.10.2009																
					Расходомер ультразвуковой	КАРАТ-РС-32	85890909	02.10.2009																
114	Парковая	7	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Логика 8943	24232		28.09.2014	Не допущен	1. Истёк срок проверки 2. Отсутствует паспорт на расходомер-счетчик СКБ зав. № 83117-11, расходомер-счетчик вышел из строя, под стеклом конденсат.	13.09.2012	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	от 24.01.2014								
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	24232	17.11.2010																
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500CT Dy=40	38910968	28.09.2010																
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500CT Dy=40	38910971	28.09.2010																
					Комплект термопреобразователей	КТППР-01	32302 / 32302 А	29.10.2010																
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-20	83607-11																	
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-01-А	3629	12.10.2010																
115	Парковая	8	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	138852	-	09.11.2015	Введен в эксплуатацию ООО «Наш город Плюс»	Введенная база настроечных параметров некорректная - несоответствие паспортным данным. Счетчик крыльчатый ГВС вышел из строя. На внутренней стороне стекла СКБ И-32 скопился конденсат. Не работает расходомер на подаче. Счетчик крыльчатый ГВС вышел из строя. На внутренней стороне стекла СКБ И-32 скопился конденсат	11.12.2013	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»									
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	138852	20.07.2011				07.11.2012												
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT Dy-25	66 488 784	25.02.2011																
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRAHEAT Dy-25	66 488 763	25.02.2011																
					Комплект термопреобразователей	КТППР-01	19439 / 19439 А	28.01.2011																
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-20	82846-11	17.02.2011																
					Термометр сопротивления	ТПП-1	6261	04.02.2011																
					Счетчик ХВС, ГВС	VLF - R	10701424	18.03.2011				19.03.2012												
					Теплосчетчик	ТСК 7	138858	-				08.07.2023					Введен в эксплуатацию ООО «Наш город»	Неправильный монтаж, некорректная база настроечных параметров и т.д.	07.10.2019	в рабочем состоянии	передан 28.11.2013	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	07.10.2019
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7	138858	02.09.2019											28.11.2013					
Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT Dy-25	66 458 884	11.09.2019																					
Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRAHEAT Dy-25	67 458 881	11.09.2019																					
Комплект термопреобразователей	КТППР-01	2679/2679А	15.07.2019																					





128	Парковая	23	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т 34-8	12-000573	25.06.2021	24.06.2025	Введен в эксплуатацию ООО «Наш город Плюс»	1. Отчет параметров теплоснабжения неудовлетворительный	30.07.2021	В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	передан 21.11.2013	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-000573	25.06.2021				10.11.2017					
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500CT Ду=50 мм	46009148	25.06.2021									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500CT Ду=50 мм	46112457	25.06.2021				17.10.2014					
					Комплект термopеобразователей	КТС-Б	193346/ 193346А	25.06.2021									
					Счетчик горячей воды	ВСГд-20	014618	25.06.2021				21.11.2013					
Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131225	25.06.2021		Введен в эксплуатацию ООО «Уют-Сервис»												
129	Парковая	24	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т 34-8	12-000663	19.04.2013	19.04.2017	Введен в эксплуатацию ООО «Наш дом»	1. Истёк срок поверки	30.04.2014	НЕИСПРАВЕН	передан 30.04.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 24.01.2014
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-000663	19.04.2013									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500CT Ду=40	46112445	22.04.2013									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500CT Ду=40	46227120	22.04.2013									
					Комплект термopеобразователей	КТС-Б Рт100	1216105	30.09.2016									
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд	14640	03.04.2013									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131226	29.04.2013									
					Расходомер счетчик ХВС	ВСГд	13531219	14.05.2013									
130	Парковая	25	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	138864	20.07.2011	09.11.2015	Не допущен	1. Выведен из строя 2. Вычислитель, украден расходомер (под. тр-д 04.03.15)	11.12.2013	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	138864	20.07.2011									
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT Ду-50	66 497 804	03.03.2011									
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRAHEAT Ду-50	66 497 807	03.03.2011									
					Комплект термopеобразователей	КТППР-01	37089 / 37089 А	30.11.2010									
					Расходомер счетчик ГВС	Т-25	1450500	05.12.2013									
					Термометр сопротивления	ТПП-1	71	04.02.2011									
131	Парковая	27	ООО "Виком"	01.07.2018	Теплосчетчик	Т 34-8	12-000896		23.04.2021	Введен в эксплуатацию ООО «Наш дом»	1. Истёк срок поверки	31.08.2017	НЕИСПРАВЕН	передан 30.04.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 24.01.2014
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-000896	24.04.2017									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500CT Ду=40	46009180	25.04.2017									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500CT Ду=40	46009178	25.04.2017									
					Комплект термopеобразователей	КТС-Б Рт100	136171	24.04.2017									
					Расходомер счетчик ГВС	ГД-20	014668	24.04.2017									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131214	24.04.2017									
					Расходомер счетчик ХВС	ХД-32	13530650										
132	Парковая	28	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	138879	20.07.2011	09.11.2015	Не допущен	1. Истёк срок поверки 2. Введенная база настроечных параметров некорректна. 3. Из под гильзы для ТПП-1 небольшая течь.	11.12.2013	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	138879	20.07.2011									
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT Ду-40	66 492 007	07.03.2011									
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRAHEAT Ду-40	66 492 009	07.03.2011									
					Комплект термopеобразователей	КТППР-01	37078 / 37078 А	30.11.2010									
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-20	84193-11	17.02.2011									
					Расходомер счетчик ХВС	СКБ И-32	78554-10	19.11.2010									
					Термометр сопротивления	ТПП-1	61	04.02.2011									
					Теплосчетчик	Логика 8943	38759				1.Истёк срок поверки 2.Не соблюден п.6.9 предоставленных тех.условий на						
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	38759										

133	Парковая	29	ООО "Виком"	01.07.2018	Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500CT Dy=40	39270146		Не допущен	установку ОДПУ. 3.Трубопровод ХВС не окрашен. 4.Термометры сопротивления на под.тр-де и на ГВС установлены до расходомеров. 5.Неисправность комплекта термометров сопротивления КТППР зав. № 19979. 6.Неисправность счетчика ГВС зав. № 16485.		НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Ниепшанц»		
134	Парковая	30	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	T 34	12-002168	25.06.2021	24.06.2025	Введен в эксплуатацию ООО «Наш город»		02.07.2021	В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	передан 21.11.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-002168	25.06.2021				20.03.2017					
					Расходомер	SONO 1500 CT Dy=65	46169728	25.06.2021									
					Расходомер	SONO 1500 CT Dy=65	46169730	25.06.2021									
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б-Р	7532	25.06.2021				27.10.2014					
					Счетчик горячей воды	ВСГд	014532	25.06.2021									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	125699	25.06.2021				21.11.2013					
135	Парковая	31	МУП "ГУК"	01.07.2018	Теплосчетчик	T 34-8	12-000630	03.07.2018	03.07.2022	Выведен из эксплуатации Введен в эксплуатацию ООО «Наш дом»	1. Неисправен расходомер на подающем и обратном трубопроводе	01.08.2018	НЕИСПРАВЕН	передан 07.08.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 24.01.2014
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-000630	04.07.2018									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500CT Dy=50	46112455	05.07.2018									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500CT Dy=50	46227123	05.07.2018									
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б Рт100	1216116	20.07.2016									
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд	014657	02.02.2017									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131219	04.07.2018									
					Расходомер счетчик ХВС	ВСХд	13530635	28.05.2013									
136	Пионерская	3	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	155128	08.12.2011	08.12.2015	Не допущен	1. Истёк срок поверки 2.Частичное отсутствие тепловой изоляции на трубах. 3.Не соблюден п.6.9 предоставленных тех.условий на установку ОДПУ. 4.Трубопровод ХВС не окрашен. 5.Термометры сопротивления на под.тр-де и на ГВС установлены до расходомеров. 6.Неисправность комплекта термометров зав. № 8470.	21.09.2012	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Теплоучет»	от 24.01.2014	
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	155128	08.12.2011									
					Преобразователь расхода на подающем трубопроводе	ПРЭМ Dy 40	384914	26.08.2011									
					Преобразователь расхода на обратном трубопроводе	ПРЭМ Dy 40	398779	24.05.2011									
					Комплект термометров сопротивления	КТСП-Н	8470 г, х	14.03.2011									
					Преобразователь расхода по ГВС	ПРЭМ Dy 20	366621	12.02.2011									
					Термометр сопротивления	ТСП-Н	12622	13.12.2011									
137	Пионерская	4	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	155126	08.12.2011	26.04.2015	Выведен из эксплуатации Введен в эксплуатацию МКУ «УГХ»	1. Истёк срок поверки	21.09.2012	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Теплоучет»	от 29.10.2014
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	155126	08.12.2011									
					Преобразователь расхода на подающем трубопроводе	ПРЭМ Dy 40	384917	26.04.2011									
					Преобразователь расхода на обратном трубопроводе	ПРЭМ Dy 40	390219	13.07.2011									
					Комплект термометров сопротивления	КТСП-Н	42764 г, х	04.10.2011									
					Преобразователь расхода по ГВС	ПРЭМ Dy 20	425928	21.01.2012									
					Преобразователь расхода по ГВС	ПРЭМ Dy 32	429458	17.02.2012									
					Термометр сопротивления	ТСП-Н	11702	24.11.2011									
138	Пионерская	5	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	155119	10.04.2015	08.04.2019	Выведен из эксплуатации Введен в эксплуатацию ООО «Наш город»	1. Отрицательный расход теплоносителя	18.05.2015	НЕИСПРАВЕН	передан 18.05.2015	Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Теплоучет»	от 29.10.2014
					Вычислитель количества теплоты (тепло)	ВКТ-7-03	155119	10.04.2015									
					Вычислитель количества теплоты (ХВС)	ВКТ-7	155160	10.04.2015									
					Преобразователь расхода на подающем трубопроводе	ПРЭМ Dy 50	406592	08.04.2015									
					Преобразователь расхода на обратном трубопроводе	ПРЭМ Dy 50	408123	08.04.2015									
					Комплект термометров сопротивления	КТСП-Н	8382 г, х	09.04.2015									

					Преобразователь расхода по ГВС	ПРЭМ Ду 20	369975	12.02.2011		Введен в эксплуатацию МКУ «УТХ»		03.05.2012					
					Преобразователь расхода по ХВС	ПРЭМ Ду 32	403991	20.04.2015									
					Термометр сопротивления	ТСПН	12651	09.04.2015									
139	Пионерская	6	ООО «ВИКОМ»	01.07.2018	Теплосчетчик	ТСК 7	155137	08.12.2011	08.12.2015	Введен в эксплуатацию МКУ «УТХ»	1. Истек срок поверки 2. Неисправен тепловычислитель	21.09.2012	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Теплоучет»	акт без даты	
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7	155137	08.12.2011									
					Преобразователь расхода на подающем трубопроводе	ПРЭМ Ду 40	391084	15.07.2011									
					Преобразователь расхода на обратном трубопроводе	ПРЭМ Ду 40	391123	15.07.2011									
					Комплект термометров сопротивления	КТСПН	8389	10.03.2011									
					Преобразователь расхода по ГВС	ПРЭМ Ду 20	370077	09.02.2011									
					Термометр сопротивления	ТСПН	11705	24.11.2011									
140	Пионерская	7	ООО «ВИКОМ»	01.07.2018	Теплосчетчик	Т 34-8	12-000869	15.03.2017	21.02.2021	Введен в эксплуатацию ООО «ВИКОМ»	1. Истек срок поверки	16.06.2017	НЕИСПРАВЕН	передан 24.03.2015	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-000869	21.02.2017									
					Расходомер (под.тр-д) Ду-50мм	SONO 1500СТ	46009181	21.02.2017									
					Расходомер (обр. тр-д) Ду-50 мм	SONO 1500СТ	46009159	21.02.2017									
					Комплект термопреобразователей	КТС-Б	175060/175060А	15.03.2017									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131204	21.02.2017									
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГД-20	59534846	25.04.2017									
					Расходомер счетчик ХВС	ВСХд	13530511	11.04.2013									
141	Пионерская	8	ООО «Виком»	01.07.2018	Тепловычислитель	ТВ-7	12-000665		16.05.2022	Введен в эксплуатацию ООО «Виком»		01.07.2014	В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	передан 01.07.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 24.01.2014
					Теплосчетчик	Т 34-8	12-000665	17.05.2018									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=50	46009157	17.05.2018									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=50	46009150	18.05.2018									
					Комплект термопреобразователей	КТС-Б Р1100	1224626	17.05.2018									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131196	17.05.2018									
					Счетчик горячей воды	ВСГд - 20	59855384	29.06.2017									
					Расходомер счетчик ХВС	ВСХд - 32	13530528										
142	Пионерская	9	ООО «ВИКОМ»	01.07.2018	Теплосчетчик	Т 34-8	12-002169	25.10.2016	10.03.2020	Выведен из эксплуатации Введен в эксплуатацию	1. Истек срок поверки	01.12.2016	НЕИСПРАВЕН	передан 21.11.2013	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-002169	25.10.2016									
					Расходомер на подающем трубопроводе	КАРАТ-РС 50М-150-ПН-О-А Ду=50мм	19554414	10.03.2016									
					Расходомер на обратном трубопроводе	КАРАТ-РС 50М-150-ПН-О-А Ду=50мм	18364414	10.03.2016									
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б	7485/7485А	25.10.2016									
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд-20	014633	23.10.2016									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	125701	25.10.2016									
					Расходомер счетчик ХВС	ВСХд-20	13530517	11.04.2013									
143	Пионерская	12	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т 34-8	12-002159	28.06.2021	27.06.2025	Выведен из эксплуатации Введен в эксплуатацию ООО «Наш город Плюс»		02.07.2021	В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	передан 26.10.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	акт без даты
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-002159	28.06.2021									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500 СТ Ду=50	46112452	28.06.2021									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500 СТ Ду=50	41557033	28.06.2021									
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б	129045	28.06.2021									
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд-20	014534	28.06.2021									
					Расходомер счетчик ХВС	ВСХд	13516268	.08.2011									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	1910130	28.06.2021									

144	Пионерская	14	ООО «ВИКОМ»	01.07.2018	-	-	-	-	-	Не допущен	Не закончен монтаж ООО "НИЕНШАНЦ"	-	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Ниеншанц»
145	Советская	3	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	Теплосчетчик	Логика 8941	40754	12.11.2009	01.10.2013	Введен в эксплуатацию Потребителем	1. Истек срок поверки	16.12.2009	НЕИСПРАВЕН	Потребитель	ООО «Монтажстрой»
					Тепловычислитель	СПТ 941.10	40754	12.11.2009							
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ-100-01	0895	13.10.2009							
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ-100-01	0761	13.10.2009							
					Расходомер ультразвуковой	SONO 2500 СТ	84720909	01.10.2009							
Расходомер ультразвуковой	SONO 2500 СТ	84700909	02.10.2009												
146	Советская	4	ООО «ВИКОМ»	01.07.2018	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	
147	Советская	5	ООО «УК Гарант Плюс»	01.02.2019	Теплосчетчик	Логика 8941	40786	11.11.2009	01.10.2013	Выведен из эксплуатации Введен в эксплуатацию Потребителем	1. Истек срок поверки	16.12.2009	НЕИСПРАВЕН	Потребитель	ООО «Монтажстрой»
					Тепловычислитель	СПТ 941.10	40786	11.11.2009							
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ-100-01	2312	13.10.2009							
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ-100-01	2371	13.10.2009							
					Расходомер ультразвуковой	SONO 2500 СТ	83810909	02.10.2009							
Расходомер ультразвуковой	SONO 2500 СТ	83470909	01.10.2009												
148	Советская	6	ООО «УК Гарант Плюс»	01.02.2019	Теплосчетчик	Логика 8941	40782	15.07.2013	15.07.2017	Выведен из эксплуатации Введен в эксплуатацию Потребителем	1. Истёк срок поверки	15.10.2014	НЕИСПРАВЕН	Потребитель	ООО «Монтажстрой»
					Тепловычислитель	СПТ 941.10	40782	15.07.2013							
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ-100-01	0941	15.07.2013							
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ-100-01	0944	15.07.2013							
					Расходомер ультразвуковой	КАРАТ-РС-32	83580909	15.07.2013							
Расходомер ультразвуковой	КАРАТ-РС-32	83390909	15.07.2013												
149	Советская	8	ООО «УК Гарант Плюс»	01.02.2019	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0,2 Гкал/час)	-	-	-	-	
150	Советская	14	ООО «Наш Город Плюс»	01.08.2019	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании Акта обследования на предмет отсутствия технической возможности, установка ОДПУ не возможна.	-	-	-	-	
151	Советская	16	ООО «Наш Город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	138867	20.07.2011	09.11.2015	Не допущен	Разбит корпус расходомера счетчика ULTRAHEAT на обратном трубопроводе, имеется свободный доступ к проводам. Не приходит сигнал с температурного датчика ГВС.Истек срок поверки	02.12.2013	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7	138867	20.07.2011							
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT Ду-25	66 568 121	17.06.2011							
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRAHEAT Ду-25	66 568 054	17.06.2011							
					Комплект термопреобразователей	КТПТР-01	19431 / 19431 А	28.01.2011							
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-20	89345-11	25.05.2011							
					Расходомер счетчик ХВС	СКБ И-20	85533-11	06.04.2011							
Термометр сопротивления	ТПТ-1	52	04.02.2011												
					Теплосчетчик	ТСК 7	138874	20.07.2011							
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7	138874	20.07.2011							
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT Ду-25	66 488 774	25.02.2011							

152	Строительная	3	ООО «Наш Город Плюс»	01.08.2019	Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRANEAT Ду-25	66 488 762	25.02.2011	09.11.2015	Введен в эксплуатацию МКУ «УТХ»	Вычислитель неисправен, некорректные показания 3. украдены расходомеры (под.тр-д 30.11.14; обр.тр-д 24.11.14)	08.11.2012	Неисправен		Администрация города Оленегорска	мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	
					Комплект термопреобразователей	КТПТР-01	9340 / 9340 А	31.01.2011									
					Расходомер счетчик ГВС	СКБИ-20	82943-11	18.02.2011									
					Термометр сопротивления	ТПТ-1	54	04.02.2011									
					Расходомер ХВС	СКБ -20	84727-11	06.04.2011									
153	Строительная	5	ООО «Наш Город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Логика 8941	40767	12.11.2009	01.10.2013	Не допущен	1. Истек срок проверки	25.12.2009	НЕИСПРАВЕН		Потребитель	ООО «Монтажстрой»	
					Тепловычислитель	СПТ 941.10	40767	12.11.2009									
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ-100-01	0992	13.10.2009									
					Термопреобразователь сопротивления	ТЭМ-100-01	0937	13.10.2009									
					Расходомер ультразвуковой	КАРАТ-РС-32	84660909	01.10.2009									
Расходомер ультразвуковой	КАРАТ-РС-32	76990809	01.10.2009														
154	Строительная	7	ООО «Наш Город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	138850	20.07.2011	31.01.2015	Не допущен	Заводской номер на счетчике СКБ не соответствует указанному в паспорте.	03.12.2013	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ ЗАО «ИПЦ Промэнергосервис»	от 29.10.2014
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7	138850	20.07.2011									
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRANEAT Ду-20	66 488 768	25.02.2011									
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRANEAT Ду-20	66 488 771	25.02.2011									
					Комплект термопреобразователей	КТПТР-01	9339 / 9339А	31.01.2011									
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ Ду-20	90820										
					Расходомер счетчик ГВС, ХВС	ВЛФ - R	10701509	18.03.2011									
					Термометр сопротивления	ТПТ-1	74	04.02.2011									
155	Строительная	10/1	ООО «Наш Город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	138847	20.07.2011	20.07.2015	Не допущен	1. Истёк срок проверки 2. Заводской номер на комплекте термометров сопротивления КТСПН не соответствует указанному в паспорте	06.11.2012	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ ЗАО «ИПЦ Промэнергосервис»	
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7	138847	20.07.2011									
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRANEAT Ду-20	66 458 876	01.02.2011									
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRANEAT Ду-20	66 458 889	01.02.2011									
					Комплект термопреобразователей	КТСПН	47538 / 47538 А										
					Комплект термопреобразователей	КТПТР-01	9980-11 / 9980А	02.11.2011									
					Расходомер счетчик ГВС	СКБИ-20	88178-11	20.06.2011									
					Расходомер счетчик ХВС	СКБ - 20	83537-11	28.02.2011									
					Термометр сопротивления	ТПТ-1	6268	04.02.2011									
					156	Строительная	10/2	ООО «Наш Город Плюс»									
Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	138860	20.07.2011														
Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRANEAT Ду-20	66 458 877	01.02.2011														
Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRANEAT Ду-20	66 488 761	25.02.2011														
Комплект термопреобразователей	КТПТР-01	9329 / 9329 А	31.01.2011														
Расходомер счетчик ГВС	СКБИ-20	82965-11	18.02.2011														
Расходомер счетчик ХВС	СКБИ-20	85566-11	06.04.2011														
Термометр сопротивления	ТПТ-1	62	04.02.2011														
157	Строительная	10/3	ООО «Наш Город Плюс»	01.08.2019					Теплосчетчик	Т 34-8	12-000632	28.06.2025	25.06.2025	Введен в эксплуатацию ООО «Наш Город Плюс»	1. Отчет параметров теплоснабжения неудовлетворительный	30.07.2021	В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-000632	28.06.2025									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500 СТ	38896350	28.06.2025									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500 СТ	38896358	28.06.2025									
					Комплект термопреобразователей	КТС-Б	137073	28.06.2025									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131203	28.06.2025									



					Расходомер счетчик ГВС	ВСТд	014615	28.06.2025										
					Расходомер счетчик ХВС	ХД-25	13518273	01.04.2013										
158	Строительная	10/4	ООО «Наш Город Плюс»	01.08.2019	Тепловычислитель	СПТ 943.1	24230	(17.10.2014)	27.09.2014	Введен в эксплуатацию МКУ «УГХ»	1) Неисправен комплект термометров КТППР-01 2) Неисправен термометр сопротивления ГВС 3) Неисправен тепловычислитель	13.09.2012	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»			
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500CT Ду=40	38940790	28.09.2010 (17.10.2014)										
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500CT Ду=40	38940795	28.09.2010 (17.10.2014)										
					Комплект термопреобразователей	КТППР-01	27058 / 27058А	27.10.2010 (неисправен)										
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-20	82815-11	17.02.2011										
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-01-А	3581	12.10.2010 (неисправен)										
159	Строительная	11	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	Теплосчетчик	ТСК 7	138843	20.07.2011	31.01.2015	Введен в эксплуатацию ООО «Наш город»	1. Истёк срок поверки	передан 27.11.2013	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ ЗАО «НПЦ Промэнергосервис»	акт без даты		
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	138843	20.07.2011										
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT 2WR746D Ду-20	66 458 886	01.02.2011										
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRAHEAT 2WR746D Ду-20	66 458 880	01.02.2011										
					Комплект термопреобразователей	КТППР-01	9337 / 9337 А	31.01.2011										
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-20	96930-11	15.09.2011										
					Термометр сопротивления	ТПП-1	70	04.02.2011										
160	Строительная	12	ООО «ВИКОМ»	01.10.2018	-	-	-	-		Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0.2 Гкал/час)							
161	Строительная	13	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	Теплосчетчик	Логика 8943	21434	15.07.2010 (09.10.2014)	29.01.2014	Введен в эксплуатацию МКУ «УГХ»	1) Неисправен комплект термометров сопротивления 2) Неисправен термометр сопротивления ГВС 3) Неисправен счётчик ГВС	25.09.2012	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»			
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	21434	15.07.2010 (09.10.2014)										
					Расходомер (под. тр-д)	SONO1500CT Ду 32	38870864	25.07.2010 (09.10.2014)										
					Расходомер (обр. тр-д)	SONO1500CT Ду 32	38870861	25.07.2010 (09.10.2014)										
					Комплект термопреобразователей	КТППР-01	4572 / 4572 А	29.01.2010 (неисправен)										
					Счетчик горячей воды	Т-20	141054	09.12.2013										
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-01-А	0924	21.06.2010 (неисправен)										
162	Строительная	15	ООО «ВИКОМ»	01.08.2018	Теплосчетчик	ТСК 7	155122	08.12.2011	08.12.2015	Введен в эксплуатацию МКУ «УГХ»	1. Истёк срок поверки	21.09.2012	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Теплоучет»			
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	155122	08.12.2011										
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7	154640	07.12.2011										
					Преобразователь расхода на обратном трубопроводе	ПРЭМ Ду 32	404411	26.09.2011										
					Преобразователь расхода	ПРЭМ	427093	21.01.2012										
					Комплект термометров сопротивления	КТСП-Н	8455	14.03.2011										
					Преобразователь расхода по ГВС	ПРЭМ Ду 20	428326	25.01.2012										
					Термометр сопротивления	ТСП-Н	11737	24.11.2011										
163	Строительная	19	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Логика 8941	41074	19.12.2013	19.12.2017	Введен в эксплуатацию Потребителем	?	12.09.2014	НЕИСПРАВЕН	Потребитель	ООО «Монтажстрой»			
					Тепловычислитель	СПТ 941.10	41074	19.12.2013										
					Расходомер на подающем трубопроводе	КАРАТ-РС-32	05891209	24.12.2013										
					Расходомер на обратном трубопроводе	КАРАТ-РС-32	97051109	24.12.2013										
					Термопреобразователь	ТЭМ-100-01	2321	20.12.2013										
					Термопреобразователь	ТЭМ-100-01	0716	20.12.2017										
					Теплосчетчик	Логика 8943	23353	10.07.2019										
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	23353	10.07.2019										

164	Строительная	24	ООО " УК Южная 3"		Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38967048	10.07.2019	09.07.2023	Введен в эксплуатацию МКУ «УТХ»		12.12.2019	В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	от 24.01.2014			
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38967047	10.07.2019											
					Комплект терморегуляторов	КТППР-01	32295 / 32295 А	10.07.2019											
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд-20	64166639	03.07.2019											
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-02-А	2614	10.07.2019											
165	Строительная	26	ООО « УК Гарант Плюс»	01.11.2018	Теплосчетчик	Логика 8943	24229	26.11.2010	27.09.2014	Введен в эксплуатацию ООО «Наш дом»	1. Истёк срок поверки	30.04.2014	НЕИСПРАВЕН	передан 30.04.2014	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	от 24.01.2014		
					Тепловычислитель	СПП 943.1	24229	17.11.2010											
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38911546	28.09.2010											
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38940805	28.09.2010											
					Комплект термометров сопротивления	КТППР-01	27054 / 27054 А	27.10.2010											
					Расходомер счетчик ХВС	СКБ И-25	87120-11	17.02.2011											
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-20	84144-11	17.02.2011											
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-01-А	2223	12.10.2010											
166	Строительная	27	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т 34-8	12-00872	29.06.2021	28.06.2021	Введен в эксплуатацию ООО «Наш город Плюс»		02.07.2021	09.04.2018	26.12.2013	В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	передан 26.12.2013	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 09.12.2013
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-00872	29.06.2021											
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38940799	29.06.2021											
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38896369	29.06.2021											
					Комплект терморегуляторов	КТС-Б Рт100	137063	29.06.2021											
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд	014663	29.06.2021											
					Расходомер счетчик ХВС	ВСХд-32	13530717	11.04.2013											
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	81740	29.06.2021											
167	Строительная	29	ООО «ВИКОМ»	01.07.2018	Теплосчетчик	Логика 8943	24374	26.04.2017	26.04.2021	Введен в эксплуатацию ООО «ВИКОМ»	1. Истёк срок поверки	13.01.2015	27.06.2018	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	от 28.01.2016 от 14.01.2016		
					Тепловычислитель	СПП 943.1	24374	26.04.2017											
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38940803	26.04.2017											
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	46028755	26.04.2017											
					Комплект терморегуляторов	КТППР-01	32317 / 32317 А	27.04.2017											
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд-25	141056												
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-01-А	3588	18.11.2014											
168	Строительная	30	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т-34	12-000658	25.06.2021	24.06.2025	Допущен в эксплуатацию ООО «Наш город Плюс»		02.07.2021	В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	10.02.2016	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 10.02.2016		
					Тепловычислитель	ТВ-7	12-000658	25.06.2021											
					Расходомер по подающ. труду Ду=50mm	Ultraheat	67287093	25.06.2021											
					Расходомер по обр. труду Ду=50mm	Ultraheat	67287094	25.06.2021											
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б	136185/136185А	25.06.2021											
					Термометр сопротивления	ТС-Б	199984	25.06.2021											
					Счётчик ГВС	ВСТ-40	12513610	25.06.2021											
					Счётчик ХВС	ХВ-32	13529572												
169	Строительная	31	ООО «ВИКОМ»	01.07.2018	Теплосчетчик	Т 34-8	12-001040	17.05.2018	16.05.2022	Введен в эксплуатацию ООО «ВИКОМ»	1) Неисправен комплект термометров сопротивления		НЕИСПРАВЕН	передан 20.02.2015	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»			
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-001040	17.05.2018											
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ	46112458	18.05.2018											
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ	46112471	18.05.2018											
					Комплект терморегуляторов	КТС-Б	137086/ 13786А	17.05.2018											
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131207	17.05.2018											

					Расходомер счетчик ГВС	ВСГД-20	14660	18.05.2018									
					Расходомер счетчик ХВС	ВСХд	13516250										
170	Строительная	32 (к1 и к2)	ООО «ВИКОМ»	01.07.2018	Теплосчетчик	Т 34-8	12-000897	19.04.2013	19.04.2017	Введен в эксплуатацию ООО «Наш дом»	1. Истёк срок проверки	01.07.2014	НЕИСПРАВЕН	передан 01.07.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 24.01.2014
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-000897	19.04.2013									
					Расходомер	SONO 1500 СТ	47479310	19.05.2013									
					Расходомер	SONO 1500 СТ	47479308	19.05.2013									
					Комплект термопреобразователей	КТС-Б	1348260	16.10.2013									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131193	29.04.2013									
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд	13501108	14.03.2013									
					Расходомер счетчик ХВС	ВСХд-40	13516240	09.04.2013									
171	Строительная	33	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Логика 8943	24234	17.11.2010 (02.10.2014)	17.11.2014	Не допущен	1) Неисправен комплект термометров сопротивления 2) Неисправен термометр сопротивления ГВС 3) Неисправен счетчик ГВС	11.09.2012	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	24234	17.11.2010 (02.10.2014)									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38940804	28.09.2010 (02.10.2014)									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38910975	28.09.2010 (02.10.2014)									
					Комплект термопреобразователей	КТПТР-01	32293 / 32293 А	29.10.2010 (ненеисправен)									
					Расходомер счетчик ГВС	Т-20	141268	09.12.2013 (ненеисправен)									
					Расходомер счетчик ХВС	СКБ И-25	85000-11	15.03.2011									
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-01-А	2824	12.10.2010 (ненеисправен)									
172	Строительная	34/1	ООО «ВИКОМ»	01.07.2018	Теплосчетчик	Логика 8943	38865	-	17.01.2017	Не допущен	1. Истёк срок проверки закончен монтаж 2. Не		НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Ниеишанца»	
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	38865	17.01.2013									
					Расходомер на подающем трубопроводе	ULTRANEAT	67287098	11.02.2013									
					Расходомер на обратном трубопроводе	ULTRANEAT	67287101	11.02.2013									
					Комплект термопреобразователей	КТПТР-01	19948 / 19948 А	28.12.2012									
					Расходомер счетчик ГВС	ХД-32 гор.	951464704	14.09.2011									
173	Строительная	35	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	Теплосчетчик	Т 34-8	12-000595		23.04.2021	Введен в эксплуатацию ООО «Наш дом»	1. Истёк срок проверки	01.05.2018	НЕИСПРАВЕН	передан 30.04.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 24.01.2014
					Тепловычислитель	ТВ 7-3	12-000595	11.05.2017									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500 СТ Ду=50мм	46112453	25.04.2017									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500 СТ Ду=50мм	46009151	25.04.2017									
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б-Рt	137598	24.04.2017									
					Расходомер счетчик ГВС	ГД-20	59855512	28.06.2017									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131206	24.04.2017									
Расходомер счетчик ХВС	ХД-40	13534323															
174	Строительная	37	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	Теплосчетчик	Т 34-8	12-000662	19.04.2013	19.04.2017	Введен в эксплуатацию ООО «Наш дом»	1. Истёк срок проверки	30.04.2014	НЕИСПРАВЕН	передан 30.04.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 24.01.2014
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-000662	19.04.2013									
					Расходомер	SONO 1500 СТ	46112450	22.04.2013									
					Расходомер	SONO 1500 СТ	46227118	22.04.2013									
					Комплект термопреобразователей	КТС-Б	1216113	27.09.2016									
					Счетчик горячей воды	ГД-20	14530	01.04.2013									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131200	29.04.2013									
					Счетчик холодной воды	ХД-32	13530615	28.05.2013									
					Теплосчетчик	Логика 8943	24269	19.11.2010 (23.10.2014)		Введен в эксплуатацию МУП «ОТС»		12.09.2012					
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	24269	19.11.2010 (23.10.2014)									

175	Строительная	39	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500CT Ду=40	38910963	28.09.2010 (23.10.2014)	27.09.2014	Не допущен	1) Расходомер неисправен Неисправен комплект термометров КТПТР-01 3) Неисправен термометр сопротивления ГВС 4) Истёк срок поверки	2)	НЕИСПРАВЕН	18.04.2012		Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500CT Ду=40	38940800	28.09.2010 (неисправен)									
					Комплект термopеобразователей	КТПТР-01	31296 / 31296 А	29.09.2010 (неисправен)									
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-20	86342-11	06.04.2011									
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-01-А	2975	12.10.2010 (неисправен)									
176	Строительная	43	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т 34-8	12-000642	19.04.2013	16.04.2017	Введен в эксплуатацию ООО «Наш дом»	1. Истёк срок поверки	30.04.2014	НЕИСПРАВЕН	передан 30.04.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 24.01.2014
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-000642	19.04.2013									
					Расходомер	SONO 1500 CT	46112446	22.04.2013									
					Расходомер	SONO 1500 CT	46227117	22.04.2013									
					Комплект термopеобразователей	КТС-Б	137088	16.04.2013									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131220	29.04.2013									
					Расходомер счетчик ГВС	ГД-20	014566	23.04.2013									
Расходомер счетчик ХВС	ХД-32	13530677	28.05.2013														
177	Строительная	45	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т 34-8	12-002164	12.12.2017	12.12.2021	Введен в эксплуатацию ООО «Наш город Плюс»		11.01.2018	В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	передан 26.12.2013	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	акт без даты
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-002164	12.12.2017									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500CT Ду=40	46227115	12.12.2017									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500CT Ду=40	46112447	12.12.2017									
					Комплект термopеобразователей	КТС-Б Pt100	137077 r/x	12.12.2017									
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд-20	14541	12.12.2017									
					Расходомер счетчик ХВС	ВСХд-32	13530578	12.12.2017									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131218	12.12.2017									
178	Строительная	46/1	ТСН "Строительная 46"	01.01.2018	Теплосчетчик	Т 34-8	-	-	08.07.2024	Введен в эксплуатацию ТСН "Строительная 46"		01.01.2018	В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ		МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 09.03.2017
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-000232	21.07.2020									
					Расходомер	КАРАТ - РС Ду-50 мм	19614414	23.07.2020									
					Расходомер	КАРАТ - РС Ду-50 мм	19654414	23.07.2020									
					Комплект термopеобразователей	КТПТР-01	6553/ 6553А	25.08.2016									
					Термометр сопротивления	ТПТ-1	4389	29.07.2020									
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд-20	014652	08.04.2013									
					Расходомер счетчик ХВС	ВСХд-40	13516273	09.04.2013									
179	Строительная	46/2	ТСН "Строительная 46"	-	Теплосчетчик	Т 34-8	-	-	17.09.2024	Введен в эксплуатацию ТСН "Строительная 46"		01.01.2018	В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ		МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	09.03.2017
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-002163	22.09.2020									
					Расходомер	КАРАТ - РС Ду-50 мм	19424414	18.09.2020									
					Расходомер	КАРАТ - РС Ду-50 мм	19804414	18.09.2020									
					Комплект термopеобразователей	КТПТР-01	6559/ 6559А	18.09.2020									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131189	18.09.2020									
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд-20	014658	18.09.2020									
180	Строительная	48	ООО «ВИКОМ»	01.07.2018	Теплосчетчик	Логика 8941	41068	14.02.2014	14.02.2018	Введен в эксплуатацию Потребителем	1. Истёк срок поверки	НЕИСПРАВЕН	05.08.2015		Потребитель	ООО «Оленегорскводоканал»	
					Тепловычислитель	СПТ 941.10	41068/2009	14.02.2014									
					Расходомер на подающем трубопроводе	КАРАТ-РС-50	59940509	15.05.2014									
					Расходомер на обратном трубопроводе	КАРАТ-РС-50	78170909	14.02.2014									
					Термopеобразователь подача	ТЭМ-110	0433/2009	14.02.2014									



185	Строительная	53	ООО «ВИКОМ»	01.07.2018	Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	138875	20.07.2011	09.11.2015	Не допущен	1. Истек срок поверки 2. Некорректное отображение архива 3. украден расходомер (обр. 07.02.15)	02.12.2013	НЕИСПРАВЕН	передан 02.12.2013г.	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT Ду-50	66 497 811	03.03.2011									
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRAHEAT Ду-50	66 568 145	17.06.2011									
					Комплект термопреобразователей	КТППР-01	19436 / 19436 А	28.01.2011									
					Расходомер счетчик ГВС	T-25	14504969	05.12.2013									
Термометр сопротивления	ТПП-1	6263	04.02.2011	Введен в эксплуатацию МКУ «УГХ»	08.11.2012												
186	Строительная	53 а	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	TCK 7	138873	20.07.2011	09.11.2015	Не допущен	1. Истек срок поверки	02.12.2013	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	от 09.12.2013
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	138873	20.07.2011									
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT Ду-50	66 568 153	17.06.2011									
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRAHEAT Ду-50	66 568 173	17.06.2011									
					Комплект термопреобразователей	КТППР-01	19446 / 19446 А	28.01.2011									
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-25	84808-11	21.02.2011									
Термометр сопротивления	ТПП-1	26	04.02.2011	Введен в эксплуатацию МКУ «УГХ»	07.11.2012												
187	Строительная	54/1	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	Теплосчетчик	T 34-8	12-000643	-	29.08.2020	Введен в эксплуатацию ООО "Наш дом"	1. Расходомер на обратном трубопроводе вышел из строя	28.10.2016	НЕИСПРАВЕН		МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 26.10.2016
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-000643	02.09.2016									
					Расходомер	SONO 1500 СТ	38967146	11.10.2016									
					Расходомер	SONO 1500 СТ	38967093	11.10.2016									
					Комплект термопреобразователей	КТС-Б	1216108	29.08.2016									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131209	09.09.2016									
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд-20	56743377	14.03.2016									
Расходомер счетчик ХВС	ХД-32	13530762	11.04.2013														
187.2	Строительная	54/2	ООО «УК Гарант Плюс»	01.11.2018	Теплосчетчик	T 34-8	12-002157	-	08.02.2020	Введен в эксплуатацию ООО "Наш дом"	1. Истек срок поверки	01.04.2018	НЕИСПРАВЕН		МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 26.10.2016
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-002157	07.09.2016									
					Расходомер	SONO 1500 СТ	38940793	11.10.2016									
					Расходомер	SONO 1500 СТ	38896355	11.10.2016									
					Комплект термопреобразователей	КТС-Б	1216094	29.08.2016									
					Расходомер счетчик ГВС	ВСГд-20	56743350	14.03.2016									
					Термометр сопротивления	ТСП-Н	405	08.02.2016									
Расходомер счетчик ХВС	ХД-32	13530529	11.04.2013														
188	Строительная	56	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Логика 8943	24228	17.11.2010	28.09.2014	Не допущен	1) Неисправен комплект термометров КТППР-01 2) Отсутствует паспорт на счётчик ГВС	11.09.2012	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	
					Тепловычислитель	СПП 943.1	24228	17.11.2010 (15.10.2014)									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38940802	28.09.2010 (15.10.2014)									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38910976	28.09.2010 (15.10.2014)									
					Комплект термопреобразователей	КТППР-01	32286 / 32286 А	29.10.2010 (неисправен)									
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-20	81398-11	-									
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-02-А	1052	01.10.2009 (15.10.2014)									
Фильтры муфтовые и фланцевые	ММ - 25	20858	20.01.2011														
189	Строительная	57	ООО «ВИКОМ»	01.07.2018	Теплосчетчик	Логика 8943	24236	17.11.2010 (01.10.2014)	28.09.2014	Не допущен	1) Неисправен комплект термометров сопротивления 2) Неисправен термометр сопротивления ГВС 3) Неисправен расходомер на подходе 4) Неисправ расходомер на	11.09.2012	НЕИСПРАВЕН		Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	от 24.01.2014
					Тепловычислитель	СПП 943.1	24236	17.11.2010 (01.10.2014)									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38910962	28.09.2010 (неисправен)									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38910970	28.09.2010 (неисправен)									
					Комплект термопреобразователей	КТППР-01	27051 / 27051 А	27.10.2010 (неисправен)									

					Расходомер счетчик ХВС	T-20	141037	09.12.2013			*) неисправен расходомер на обратке									
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-25 хол.	89922-11	11.05.2011												
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-01-А	3595	12.10.2010 (01.10.2018)												
190	Строительная	58	ООО «УК Гаран Плюс»	01.11.2018	Теплосчетчик	T 34-8	12-000625	08.07.2016	08.07.2020	Введен в эксплуатацию ООО «УК ГАРАНТ ПЛЮС»	1. Истек срок поверки	01.05.2018	НЕИСПРАВЕН	передан 26.10.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	от 24.01.2014			
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-000625	08.07.2016												
					Расходомер	SONO 1500 СТ	46009155	08.07.2016												
					Расходомер	SONO 1500 СТ	46009154	08.07.2016												
					Комплект термопреобразователей	КТС-Б	137096	08.07.2016												
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	125692	13.07.2016												
					Счетчик горячей воды	ВСГд	014651	08.07.2016												
					Счетчик холодной воды	ВСХд	13532026	11.04.2013												
191	Строительная	59	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Логика 8941	17986	29.02.2024	28.02.2025	Введен в эксплуатацию ООО "Наш город Плюс"	в РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	10.03.2021	Потребитель	ООО «Монтажстрой»						
					Тепловычислитель	СПП 941.10	17986	29.02.2024												
					Расходомер на подающем трубопроводе	КАРАТ-РС-32	92821009	29.02.2024												
					Расходомер на обратном трубопроводе	КАРАТ-РС-32	42870610	29.02.2024												
					Термопреобразователь сопротивления	КТПТР-01	9372	29.02.2024												
					Термопреобразователь сопротивления	КТПТР-01	9372 А	29.02.2024												
192	Строительная	70	МУП "ГУК"	01.07.2018	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании Акта обследования на предмет отсутствия технической возможности, установка ОДПУ не возможна.	-	-	-	-	-	-			
193	Строительная	72	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	138837	20.07.2011	25.02.2015	Введен в эксплуатацию ООО «Наш город»	1. Истек срок поверки	26.06.2014	НЕИСПРАВЕН	передан 26.06.2014	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	от 30.07.2014			
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	138837	20.07.2011												
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT Ду-25	66 488 783	25.02.2011												
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRAHEAT Ду-25	66 488 759	25.02.2011												
					Комплект термопреобразователей	КТПТР-01	9345 / 9345 А	31.02.2011												
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-20	86313-11	06.04.2011												
					Термометр сопротивления	ТПТ-1	49	04.02.2011												
194	Строительная	73	МУП "ГУК"	01.07.2018	-	-	-	-	-	Прибор не установлен	На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении ..." установка общедомового прибора учёта тепловой энергии не является обязательной (Qmax<0.2 Гкал/час)	-	-	-	-	-	-			
195	Фермана	3	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	138856	(03.10.2014)	05.11.2014	Не допущен	1) Неисправен комплект термометров сопротивления 2) Отсутствует паспорт термометр сопротивления ГВС 3) Неисправен счётчик ГВС	-	НЕИСПРАВЕН	-	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	акт без даты			
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	138856	20.07.2011 (03.10.2014)												
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRAHEAT dn 25	66 399 822	05.11.2010 (03.10.2014)												
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRAHEAT dn 25	66 399 825	05.11.2010 (03.10.2014)												
					Комплект термопреобразователей	КТПТР-01	37079 /37079 А	30.11.2010 (неисправен)												
196	Фермана	7	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Логика 8943	21450	15.07.2010	12.07.2014	Введен в эксплуатацию МКУ «УГХ»	1. на обратном трубопроводе сломана крышка 2. гвс расходомер - под стеклом конденсат 3.Истек срок поверки	26.09.2012	НЕИСПРАВЕН	-	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»				
					Тепловычислитель	СПП 943.1	21450	15.07.2010												
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=32	38963995	25.07.2010												
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=32	38870856	30.10.2010												
					Комплект термопреобразователей	КТПТР-01	12354 / 12354 А	12.07.2010												
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-01	673	25.08.2010												

197	Ферсмана	13	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	138881	20.07.2011 (09.10.2014)	05.11.2014	Не допущен	1) Расходомер неисправен Неисправен комплект термометров КТПТР-01 3) Неисправен счётчик ГВС Истёк срок поверки 5) Украден расходомер (обр. тр-д 17.11.2014)	03.12.2013	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	от 09.12.2013	
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7-03	138881	20.07.2011 (09.10.2014)				27.11.2013					
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRANEAT dn 25	66 399 827	05.11.2010 (09.10.2014)		Не допущен		13.11.2012					
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRANEAT dn 25	66 399 826	05.11.2010 (неисправен)									
					Комплект термометров	КТПТР-01	9335 / 9335 А	31.01.2011 (неисправен)									
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-20	83717-11	01.03.2011									
					Расходомер счетчик ХВС	СКБ И-20	84313-11	17.02.2011									
Термометр сопротивления	ТПТ-1	64	04.02.2011 (09.10.2014)														
198	Ферсмана	17	ООО «УК Гаран Плюс»	01.11.2018	Теплосчетчик	ТСК 7	138853	20.07.2011 (29.09.2014)	29.09.2014	Введен в эксплуатацию МКУ «УТХ»	1) Неисправен комплект термометров сопротивления Неисправен счётчик ГВС	2)	21.09.2012	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	
					Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7	138853	20.07.2011 (29.09.2014)									
					Расходомер счетчик на подающем трубопроводе	ULTRANEAT Ду-25	66 577 764	17.06.2011 (29.09.2014)									
					Расходомер счетчик на обратном трубопроводе	ULTRANEAT Ду-25	66 359 503	29.09.2010 (29.09.2014)									
					Комплект термометров	КТПТР-01	9346 / 9346 А	31.01.2011 (неисправен)									
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-20 ГВС	6407810	14.04.2010 (неисправен)									
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-20 ХВС	89402-11	24.05.2011									
					Расходомер счетчик ГВС	СКБ И-25	84127-11										
					Термометр сопротивления	ТПТ-1	57	04.02.2011 (29.09.2014)									
199	Энергетиков	2	ООО «УК Гаран Плюс»		Тепловчислитель	ТВ 7 -03 под/обр	12-001043	22.08.2018	21.08.2022	Введен в эксплуатацию ТСЖ «Согласие»	1) Расходомер неисправен	06.09.2016	НЕИСПРАВЕН	передан 20.11.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	акт без даты
					Тепловчислитель	ТВ 7 -03 ГВС и ХВС	12000864	22.08.2018									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ	47429863	23.08.2018									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ	46169731	23.08.2018									
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б	1216109/ 1216109А	23.08.2018									
					Счетчик горячей воды	ВСГд 1 корпус	14537	30.03.2016		Введен в эксплуатацию ТСЖ «Согласие»							
					Счетчик горячей воды	ВСГд 2 корпус	141370	14.03.2016									
					Счетчик горячей воды	ВСГд 3 корпус	14528	30.03.2016									
					Счетчик холодной воды	ВСХд	13518265										
					Счетчик холодной воды	ВСХд	13518272										
					Счетчик холодной воды	ВСХд	12596173										
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131216	23.08.2018									
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131232	23.08.2018									
Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131191	23.08.2018														
200	Энергетиков	8	ТСЖ «Энергия»		Тепловчислитель	СПП 943.1	39102	14.06.2016	10.06.2020	Введен в эксплуатацию ТСЖ «Энергия»	1. Истек срок поверки	12.03.2018	НЕИСПРАВЕН		Потребитель	ООО «Оленегорскводоканал»	
					Расходомер (под.)	КАРАТ-РС-50	68120212	14.06.2016									
					Расходомер (обр.)	КАРАТ-РС-50	68380212	14.06.2016									
					Комплект термометров сопротивления	КТПТР-01	18705/ 18705А	10.06.2016									
					Расходомер у/з (ГВС 1)	Карат -520 Ду 20 мм	2950912	09.10.2018									
					Термопреобразователь	ТПТ-1	1157	29.10.2018									
					Расходомер у/з (ГВС 2)	Карат -520 Ду 20 мм	2710912	09.10.2018									
					Термопреобразователь	ТПТ-1	1156	29.10.2018									
					Тепловчислитель	Взлет ТСРВ-010М	503206	26.05.2017				25.10.2015					
					Расходомер-счетчик на подающем трубопроводе	Взлет ЭРСВ-440Л Ду=100 мм	1318879	01.06.2017									
					Расходомер-счетчик на обратном трубопроводе	Взлет ЭРСВ-440Л Ду=100 мм	1319306	01.06.2017									



201	Южная	3	ООО «УК Южная-3»		Комплект термопреобразователей сопротивления на подающем трубопроводе	Взлет ТПС	1167912	30.05.2017	25.05.2021	Введен в эксплуатацию	1. Истек срок поверки	01.11.2018	НЕИСПРАВЕН		Потребитель			
					Комплект термопреобразователей сопротивления на обратном трубопроводе	Взлет ТПС	1139499	30.05.2017										
204	Южная	3/4	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	Т-34	12-001041	28.06.2021	27.06.2025	Введен в эксплуатацию ООО «Наш город Плюс»		В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	02.07.2021		передан 26.10.2014	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	
					Тепловычислитель	ТВ-7	12-001041	28.06.2021										01.06.2017
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500CT Ду=50	45894094	28.06.2021										
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500CT Ду=50	46028752	28.06.2021										
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131224	28.06.2021										
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б	137079/ 137079А	28.06.2021										
					Счётчик ГВС	ГД-20	62666730	28.06.2021										
					Счётчик ХВС	ХД-32	12596241	----										
205	Южная	3/1 а	ООО «Наш город Плюс»	01.08.2019	Теплосчетчик	ТСК 7	157324	20.12.2011	20.12.2015	Введен в эксплуатацию МКУ «УТХ»	1. Истек срок поверки	21.09.2012	НЕИСПРАВЕН			Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Теплоучет»	
					Вычислитель количества теплоты (тепло)	ВКТ-7-03	157324	20.12.2011										
					Вычислитель количества теплоты (холодная вода)	ВКТ-7	156969	16.12.2011										
					Преобразователь расхода на подающем трубопроводе	ПРЭМ Ду 40	401725	15.09.2011										
					Преобразователь расхода на обратном трубопроводе	ПРЭМ Ду 40	397811	23.08.2011										
					Преобразователь расхода ХВС	ПРЭМ Ду 32	408166	03.10.2011										
					Комплект термометров сопротивления	КТСП-Н	49995 г, х	24.11.2011										
					Преобразователь расхода по ГВС	ПРЭМ Ду 20	427094	21.01.2012										
					Термометр сопротивления	ТСП-Н	11732	24.11.2011										
					206	Южная	3/2 а	ООО «Наш город Плюс»										01.08.2019
Вычислитель количества теплоты (тепло)	ВКТ-7-03	157262	20.12.2011															
Вычислитель количества теплоты (холодная вода)	ВКТ-7	156994	16.12.2011															
Преобразователь расхода на подающем трубопроводе	ПРЭМ Ду 40	397799	23.08.2011															
Преобразователь расхода на обратном трубопроводе	ПРЭМ Ду 40	396045	19.08.2011															
Комплект термометров сопротивления	КТСП-Н	50019 г,х	24.11.2011															
Преобразователь расхода по ГВС	ПРЭМ Ду 20	423541	25.01.2012															
Преобразователь расхода по ХВС	ПРЭМ Ду 32	353792	24.11.2010															
Термометр сопротивления	ТСП-Н	12584	07.12.2011															
207	Южная	4 а	МУП "ГУК"	01.07.2018					Теплосчетчик	Логика 8941	35680	21.09.2016	06.09.2020	Введен в эксплуатацию Потребителем	1. Истек срок поверки	30.11.2010	НЕИСПРАВЕН	
					Тепловычислитель	СПТ 941.10	35680	21.09.2016										
					Расходомер ультразвуковой	SONO 1500СТ	38896360	06.09.2016										
					Расходомер ультразвуковой	SONO 1500СТ	37726751	21.09.2016										
					Термопреобразователь сопротивления	КТПТР-01	4671А	21.09.2016										
					Термопреобразователь сопротивления	КТПТР-01	4671	21.09.2016										
208	Южная	5/1	ООО «ВИКОМ»	01.07.2018	Тепловычислитель	ТВ 7	12-001981	20.02.2017	20.02.2021	Введен в эксплуатацию ООО «ВИКОМ»	1. Истек срок поверки	10.12.2019	НЕИСПРАВЕН	передан 29.10.2015	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»		
					Теплосчетчик	Т-34-8	12-001981	20.02.2017										
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500 СТ Ду=40мм	45894097	20.02.2017										
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500 СТ Ду=40мм	46028764	20.02.2017										
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б	137082	20.02.2017										
					Счетчик горячей воды	ВСГ д-20	64575251	06.10.2019										

211.2	Южная	5/2	ООО «ВИКОМ»	01.09.2013	Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131187	20.02.2017	20.02.2021	Введен в эксплуатацию ООО "ВИКОМ"	1. Неисправен расходомер на подающем и обратном трубопроводе	25.03.2016	НЕИСПРАВЕН	передан 29.10.2015	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»
					Тепловычислитель	ТВ 7	12-001979	20.02.2017								
					Теплосчетчик	Т-34-8	12-001979	20.02.2017								
					Расходомер на подающем трубопроводе	КАРАТ-520 Ду=40мм	003214117	13.06.2018								
					Расходомер на обратном трубопроводе	КАРАТ-520 Ду=40мм	003314117	11.10.2017								
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б	1229897/1229897А	20.02.2017								
					Счетчик горячей воды	ВСГд-20	64575380	06.10.2019								
Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131212	20.02.2017	Введен в эксплуатацию ООО "ВИКОМ"	29.10.2015											
Счетчик холодной воды	ВСХд-40	13544107	14.05.2013													
211.3	Южная	5/3	ООО «ВИКОМ»	01.09.2013	Тепловычислитель	ТВ 7	12-000868	20.02.2017	14.02.2021	Введен в эксплуатацию ООО "ВИКОМ"	10.12.2021	НЕИСПРАВЕН	передан 29.10.2015	МУП «ОТС»	ОАО «Мурманская энергосбытовая компания»	
					Теплосчетчик	Т-34-8	12-000868	20.02.2017								
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500 СТ Ду=65мм	47429868	20.02.2017								
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500 СТ Ду=65мм	47429867	20.02.2017								
					Комплект термометров сопротивления	КТС-Б	173491	14.02.2017								
					Счетчик горячей воды (корпус 3)	ВСГд-20	64575287	07.10.2019		Введен в эксплуатацию ООО "ВИКОМ"						29.10.2015
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131208	20.02.2017								
					Счетчик горячей воды (корпус 4)	ВСТ-20	0141363	20.02.2017								
					Термометр сопротивления	ТС-Б-Р	131229	20.02.2017								
Счетчик холодной воды	ВСХд-40	13536309	14.05.2013													
209	Южная	7	ООО «ВИКОМ»	01.07.2018	Теплосчетчик	Логика 8943	38678		Не допущен	1. Частичное отсутствие тепловой изоляции на трубах. 2. Не соблюдены п.6.9 предоставленных тех. условий на установку ОДПУ. 3. Трубопровод ХВС не окрашен. 4. Термометры сопротивления на под. тр-де и на ГВС установлены до расходомеров. 5. Неисправность комплекта термометров сопротивления КТПТР зав. № 11741. 6. Неисправность счетчика ГВС зав. 88113. 7. Истёк срок поверки	-	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Ниппанц»	от 24.01.2014	
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	38678									
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	41566585									
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	41566576									
					Комплект термометров сопротивления	КТПТР-01	11741 / 11741 А									
					Термометр сопротивления	ТПТ-15	106									
					Счетчик горячей воды	Т-20	88113									
					Счетчик холодной воды	ХД-25	91376									
210	Южная	7 а	ООО «ВИКОМ»	01.07.2018	Теплосчетчик	Логика 8943	21431	(07.10.2014)	15.07.2014	Не допущен	1) Неисправен комплект термометров сопротивления 2) Неисправен термометр сопротивления ГВС 3) Неисправен счётчик ГВС	-	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	ОАО «Мурманские мультисервисные сети» монтаж КПУ МУП «ОТС»	
					Тепловычислитель	СПТ 943.1	21431	15.07.2010 (07.10.2014)								
					Расходомер на подающем трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38876154	25.07.2010 (07.10.2014)								
					Расходомер на обратном трубопроводе	SONO 1500СТ Ду=40	38876152	25.07.2010 (07.10.2014)								
					Комплект термопреобразователей	КТСП-Н	35389/35389А	12.07.2010 (неисправен)								
					Счетчик горячей воды	СКБ И-20	64004-10	14.04.2010								
					Термометр сопротивления	ТЭМ-100-01-А	1001	21.06.2010 (неисправен)								
211	Южная	9	ООО «ВИКОМ»	01.07.2018	Теплосчетчик	ТСК 7	157314	20.12.2011	20.12.2015	Не допущен	1. Частичное отсутствие тепловой изоляции на трубах. 2. Не соблюдены п.6.9 предоставленных тех. условий на установку ОДПУ. 3. Трубопровод ХВС не окрашен. 4. Термометры сопротивления на под. тр-де и на ГВС установлены до расходомеров. 5. Неисправность расходомера зав.	-	НЕИСПРАВЕН	Администрация города Оленегорска	монтаж КПУ ЗАО «Теплоучет»	
					Вычислитель количества теплоты (тепло)	ВКТ-7	157314	20.12.2011								
					Вычислитель количества теплоты (холодная вода)	ВКТ-7-02	156984	16.12.2011								
					Преобразователь расхода на подающем трубопроводе	ПРЭМ Ду 80	400365	13.09.2011								
					Преобразователь расхода на обратном трубопроводе	ПРЭМ Ду 80	400364	13.09.2011								
					Преобразователь расхода на подающем трубопроводе	ПРЭМ Ду 50	406625	04.09.2011								

